MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-146	PS/MAM/104029

PRODUCTO
Instrumento EZ2® Connect MDx. Referencia: 9003230

FINALIDAD PREVISTA
Automatización de la extracción de ácidos nucleicos de una amplia variedad de tipos de muestras tanto para flujos de trabajo de IVD como de investigación

FABRICANTE
QIAGEN GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
QIAGEN Iberia, S.L. C/Baldiri Reixac, 4. 08028, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el instrumento EZ2® Connect MDx, debido a una soldadura insuficiente entre el cable y la placa del sistema calefactor, que podría afectar a la integridad del cable.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E F 8 A L C X F 0 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89