DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-157	PS/EML/104390

PRODUCTO
Consola de cirujano RASC001 del Sistema de cirugía asistida por robot Hugo™ RAS.
Nº de modelo: MRASC001.

Nº SERIE
C22AJE0196

FABRICANTE
Covidien llc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, S.A; Calle de María de Portugal, 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la consola del cirujano RASC001 del sistema Hugo RAS, con número de serie C22AJEE0196, debido al posible movimiento involuntario de la palanca del control de mano de la consola.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 R Q A 9 G P 0 7 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89