DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-158	PS/EML/104391

PRODUCTO
Consola del cirujano MRASC001 del Sistema de cirugía asistida por robot Hugo™ RAS.
Modelo: MRASC001.

FINALIDAD PREVISTA
Control de los procedimientos electroquirúrgicos del sistema de cirugía asistida por robot Hugo™ RAS.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Covidien llc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, S.A; Calle de María de Portugal, 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de la consola del cirujano MRASC001 del sistema Hugo RAS, debido a la posible pérdida de energía de la consola debido a fallos en su fuente de alimentación principal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/03/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S J 9 F Y F Q D F F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89