MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-172	PS/MAM/104421
PRODUCTO Kit de llenado e inyección para inyector de doble cabezal OCTOFLUX. Modelo 0170PS. Referencia VPE0170PS.	
Nº LOTE 23092554	
FABRICANTE PEROUSE MEDICAL. Francia.	
DISTRIBUIDOR VYGON SAU. C/ Ciudad de Sevilla nº 34. 46988, Polígono Industrial Fuente del Jarro. Paterna, Valencia.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 23092554 del Kit de llenado e inyección para inyector de doble cabezal OCTOFLUX debido a la posible ruptura del sistema de barrera estéril de los productos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 7ZQNVZGA9B**
Fecha de la firma: 04/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89