DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-174	PS/EML/104566
PRODUCTO MID-TUBE. Referencia: MID130	
FINALIDAD PREVISTA Sonda orogástrica destinada a la cirugía gástrica y bariátrica	
Nº LOTE EQ97516-02	
FABRICANTE MEDICAL INNOVATION DEVELOPPEMENT (MID), Francia.	
DISTRIBUIDOR GESTIÓN INTEGRAL DE CLÍNICAS S.L. Sector Foresta 9, Local 12-13. 28760 Tres Cantos, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el lote EQ97516-02 de la sonda orogástrica MID-TUBE, con referencia MD130, debido a un error en la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de la caja.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: LXTEYLV112**
Fecha de la firma: 04/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89