DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-179	PS/RJC/104618

PRODUCTO

Sistemas de radiografía angiográfica:

- Innova IGS 5 e Innova IGS 6
- Interact Discovery RT
- Allia IGS 5, Allia IGS 7, Allia IGS 7 OR y Allia IGS 5 Pulse

Nº SERIE

Ver n^{os} serie afectados en nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

GE Medical Systems SCS, Francia.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España S.A., C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Innova IGS, Interact Discovery y Allia IGS, debido a que podría no haberse aplicado material adhesivo en ciertos pernos, y dar lugar a la caída del detector/elevador o del tubo de rayos x de la unidad del estativo frontal durante su utilización.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9TX6LZ89BC**
Fecha de la firma: 08/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89