

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-180	REFERENCIA PS/MAM/104144
PRODUCTO MectaCem-X HV con gentamicina. Código: 65.01.111; UDI-DI: 08031497002156 MectaCem-X LV con gentamicina. Código:65.01.113; UDI-DI: 08031497002132	
FINALIDAD PREVISTA Cementos óseos indicados para fijar las prótesis articulares al hueso receptor.	
Nº LOTE Ver en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE TECRES SPA. Italia.	
DISTRIBUIDOR Medacta España SLU. Calle Velluters, 1 nave 3. 46980, Paterna. Valencia.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los cementos Óseos MectaCem-X HV y LV con gentamicina, debido a un error en la lista de contraindicaciones de las Instrucciones de Uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Instrucciones de uso correctas	

