

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-181	PS/MJF/104874
PRODUCTO kits Xpert® Carba-R. Referencia: GXCARBARPCE-10. Número de partida 1001208183. Número UDI: 07332940006518	
FINALIDAD PREVISTA Prueba de PCR que detecta y diferencia microorganismos resistentes a los antibióticos carbapenémicos.	
Nº LOTE 10808	
FABRICANTE Cepheid. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Cepheid Iberia SLU. Plaça Europa 41, 4. 08028. Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 10808 de los kits Xpert® Carba-R debido a la posibilidad de obtención de resultados falsos positivos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

