MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-183	PS/AVG/104555

PRODUCTO
Equipos de resonancia magnética Multiva 1.5T.
Números de referencia: 781072, 781073, 781074, 781076, 781078.

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd, China.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. Calle María de Portugal, 1, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de resonancia magnética Multiva 1.5T, debido a la posibilidad de que la base de soporte de paciente no esté bien anclada al suelo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GQXNL3C4E7**
Fecha de la firma: 10/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89