MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-186	PS/JMP/103943

PRODUCTO
Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 y Trilogy EV300

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionan ventilación con presión positiva continua o intermitente para el cuidado de las personas que requieren ventilación mecánica.

FABRICANTE
Philips Respironics, Inc., EE.UU

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. c/María de Portugal, 1. C.P. 28050, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionada con los respiradores Trilogy Evo, Evo O2 y EV300, debido a que, en determinadas circunstancias, podrían emitir una alarma incorrecta de batería agotada o de pérdida de alimentación, y detenerse la ventilación incluso con batería suficiente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EN6P6NC89A**
Fecha de la firma: 12/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89