DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-195	PS/EML/104549

PRODUCTO
Ecógrafo Compact serie 5000 con opciones de carro Deluxe y Premium. Modelos: 5500 y 5300

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de ultrasonido diseñado para la adquisición de imágenes para diagnóstico y para el análisis del flujo de fluidos.

FABRICANTE
Philips Ultrasound, LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU, Calle María de Portugal, 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el ecógrafo Compact serie 5000, modelos 5500 y 5300, con opciones de carro Deluxe y Premium, debido a que, en determinadas circunstancias, al conectar varios transductores al mismo tiempo en el adaptador multipuerto (MPA) puede aumentar la temperatura del cabezal del transductor transesofágico (TEE) superando el límite establecido.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2S9W7NK8C6**
Fecha de la firma: 15/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89