DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-201	PS/PL/105023

PRODUCTO
Cánula de traqueotomía de PVC Siliconada Blue Line® de Portex®.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Smiths Medical, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España SRL, Avenida Diagonal 635, 08028 Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización de determinadas cánulas de traqueotomía de PVC Siliconada Blue Line de Portex, debido a un posible desprendimiento total o parcial de la placa del cuello del tubo de traqueotomía durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JTJE89S4FC**
Fecha de la firma: 16/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89