MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-196	PS/PL/104199

PRODUCTO
Sistema de Resonancia Magnética (RM) Philips.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Healthcare, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU, María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de resonancia magnética de Philips, debido a la posibilidad de que no estén bien anclados al suelo lo que provocaría que el soporte del paciente se vuelva inestable y pueda volcarse.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: F2K2SETC8B**
Fecha de la firma: 15/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89