

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO**

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2024-202 | REFERENCIA PS/VCG/CCF/6638 |
| PRODUCTO Rayos X y accesorios; Ultrasonidos; Laboratorio; Equipo de quirófano; Dental; Cuidados infantiles; Equipo de esterilización; Suministros morgue; Equipo veterinario | |
| FABRICANTE Guangzhou Yueshen Medical Equipment Room 201, 2nd Building, No. 42, Huangpu Road, Haizhu Guangzhou China | |
| REPRESENTANTE AUTORIZADO Desconocido | |
| ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falsificado | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falsificado: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: DNV MEDCERT GmbH (0482)• Número de certificado: 0482/7003GB410160415• Fabricante: Guangzhou Yueshen Medical Equipment• Producto: Rayos X y accesorios; Ultrasonidos; Laboratorio; Equipo de quirófano; Dental; Cuidados infantiles; Equipo de esterilización; Suministros morgue; Equipo veterinario• Fecha de emisión: 15 de abril de 2020• Fecha de caducidad: 06 de noviembre de 2023 <p>El Organismo Notificado DNV MEDCERT GmbH emitió anteriormente un certificado de marcado CE con el mismo número, para el fabricante Utech Co., Ltd, China, en cuyo alcance se incluyen pulsioxímetros, monitores de constantes vitales y monitores de pacientes. Dicho certificado fue emitido con fecha de 15 de abril de 2016, no obstante, este certificado caducó el 6 de noviembre de 2020.</p> | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 15/2024 | |

