DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-205	PS/EML/104807

PRODUCTO
Bomba de jeringa Medfusion. Modelo: 3500 y 4000.

FINALIDAD PREVISTA
Administración de fluidos que requieren velocidades de infusión controladas, incluyendo sangre o hemoderivados, lípidos, fármacos, antibióticos, soluciones enterales y otros fluidos terapéuticos.

FABRICANTE
Smiths Medical, EEUU

DISTRIBUIDOR
SMITHS MEDICAL ESPAÑA, SRL; Avenida Diagonal n 635, 08028 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de jeringa Medfusion, modelos 3500 y 4000, debido a que las jeringas Monoject fabricadas por Cardinal Health ya no son compatibles con estas bombas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: R9FWPE6150**
Fecha de la firma: 17/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89