DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-207	PS/PRV/105041

PRODUCTO
Catéter de trombectomía de silicona Syntel. Modelos A4548 y A4558.
UDI: 00840663109814 (Modelo A4548), 00840663109838 (Modelo A4558)

FINALIDAD PREVISTA
Indicado para su uso en injertos vasculares y procedimientos de trombectomía venosa periférica.

Nº LOTE
SST1045 (A4548), SST1038 y SST1013 (A4558)

FABRICANTE
LeMaitre Vascular, Inc., EE UU.

DISTRIBUIDOR
LeMaitre Vascular Spain, S.L., C/ Basauri,17 .Edif A. 2ª Planta. Oficina C, CP 28023, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados modelos y números de lote del catéter de trombectomía de silicona Syntel, debido a posibilidad de que la punta guía pueda dañarse y desprenderse durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: NNE6PWY763**
Fecha de la firma: 18/04/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89