ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-209	PS/CMAG/104949

PRODUCTO

Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) del Patient Information Center (PIC) iX:

- SAI APC de 120 V. Modelo: SCL500RM1U
- SAI APC de 230 V. Modelo: SCL500RMI1U

FINALIDAD PREVISTA

Baterías de reserva utilizadas por las estaciones centrales de monitorización del PIC iX y los componentes de hardware asociados, para proporcionar alimentación al sistema PIC iX o a sus componentes (monitores, dispositivos de red, servidores, etc.) en caso de cortes de alimentación.

Nº SERIE

- Para SAI APC de 120V: anteriores a 2237
- Para SAI APC de 230V: anteriores a 2241

FABRICANTE

Philips Medical Systems, EE.UU.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica SA. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados SAI APC de 120 V y 230V, del sistema PIC iX, debido a que un componente interno podría producir menos energía de salida de la especificada, no encendiéndose el SAI cuando se necesita.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa