

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-210	PS/RJC/104592
PRODUCTO - Tornillo de cortical Stardrive de Ø 2,4 mm, L 16 mm, estéril. Número de pieza 401.766TS - Tornillo de cortical Stardrive de Ø 3,5 mm, L 18 mm, estéril. Número de pieza 04.200.018TS	
FINALIDAD PREVISTA Fijación, corrección o estabilización temporales de huesos en distintas regiones anatómicas.	
Nº LOTE - Número de pieza 401.766TS. Lote: 795P024 - Número de pieza 04.200.018TS. Lote: 777P906	
FABRICANTE Synthes GmbH, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson S.A., Paseo de las Doce Estrellas, 5-7, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes y referencias de tornillos de cortical Stardrive debido a la posibilidad de que tengan dimensiones diferentes a las especificadas en el etiquetado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

