

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-212	REFERENCIA PS/PL/105247
PRODUCTO Insertos de cotilo acetabular: - Vitelene Insert F 32mm Post.Wall, modelo NV302E - Vitelene Insert F 36mm Post. Wall, modelo NV315E UDI-DI: 403923900000168536	
FINALIDAD PREVISTA Se utiliza como componente de una endoprótesis de cadera humana, o para combinar con componentes de la endoprótesis de cadera Aesculap o combinar con componentes de implante autorizados explícitamente por Aesculap, y en implantaciones sin cemento óseo.	
Nº SERIE 52883304 (NV302E); 52882149 (NV315E).	
FABRICANTE Aesculap AG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR B. Braun Surgical, S.A.U., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubí, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados insertos de cotilo acetabular Vitelene debido a la posibilidad de que puedan estar envasados incorrectamente teniendo un tamaño diferente al mencionado en el envase secundario.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	

