MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2024-216 | PS/AVG/104960 |

**PRODUCTO**
Medidores de nivel para la gama SPACE (LIQUID y GAS) equipados con el accesorio de control CRYOMEMO.
Ver nombres y números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FINALIDAD PREVISTA**
Medidores de nivel para recipientes criogénicos.

**Nº LOTE**
Ver n$^{os}$ de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
CRYOPAL, Francia.

**DISTRIBUIDOR**
Air Liquide Healthcare España. Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo Ochoa, 17-18 – 29590, Málaga, Andalucía.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados medidores de nivel de nitrógeno CRYOMEMO debido a posibles errores de lectura del nivel de nitrógeno por una ocasional sensibilidad a un aumento capilar de la humedad.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: N5RW2XR1D2**
**Fecha de la firma: 24/04/2024**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89