ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-221	PS/CMAG/105392

PRODUCTO
Desfibriladores de terapia de resincronización cardíaca (TRC-D) Claria MRI/ Compia MRI/ Cobalt/Cobalt XT y desfibriladores automáticos implantables (DAIs) Cobalt.
Ver productos y referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver los lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Medtronic Inc, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica; C/ María de Portugal, 11. 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados modelos de TRC-D y DAIs de Medtronic, debido a que el proceso de fabricación específico de estos dispositivos requiere una evaluación técnica adicional.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa