DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-227	PS/EML/105493
PRODUCTO Electrodos electroquirúrgicos. Ver referencias y números de lote afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Electrodos tipo cuchilla, bola y aguja de distintas longitudes y diámetros de eje destinados a electrocirugía.	
FABRICANTE Dongguan QueenMed Equipment Mfg Co Ltd, China.	
DISTRIBUIDOR Medline International Iberia S.L.U., Parque empresarial San Fernando, Avenida de Castilla, nº 2, Planta Baja, local B, Edif. Munich, 28830, San Fernando de Henares, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinadas referencias y números de lote de electrodos electroquirúrgicos, debido a un sellado potencialmente débil del envase que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: EC7TK7A55D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89