ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-229	PS/CMAG/105660

PRODUCTO
VITROS Control combinado VIH (antígeno VIH p24), referencia 691 2257 y UDI 10758750033140.

FINALIDAD PREVISTA
Control del rendimiento de los Sistemas de Inmunodiagnóstico automáticos VITROS ECi/ECiQ/3600 y VITROS 5600/XT 7600 Integrated Systems, en la determinación del antígeno p24 del VIH.

FABRICANTE
Ortho-Clinical Diagnostics, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Ortho-Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Oficina B Planta 3ª Edificio B, P.E. Alvento, C/ Vía de Los Poblados 1, 28033, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los controles VITROS Control combinado VIH (antígeno VIH p24), debido a que no cumplen las especificaciones de estabilidad definidas en las instrucciones de uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.