ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-230	PS/AVG/105659

PRODUCTO
Kit AD4SEQ HIV-1 Solution v2. Número de catálogo: AD-003.032.

FINALIDAD PREVISTA
Kit destinado a la amplificación por RT-PCR de regiones virales de ARN (Proteasa, Transcriptasa Inversa, Integrasa y gp120) seguido de secuenciación en Next Generation Sequencing (NGS) para genotipado de virus y detección de resistencias a fármacos VIH-1 (HIVDR) en muestras de plasma/suero humano.

Nº LOTE
HIV20240320.

FABRICANTE
Arrow Diagnostics, S.R.L, Italia.

DISTRIBUIDOR
Diagnóstica Longwood SL. Camino del Pilón, nº 86, casa 7, local, 50011, Zaragoza.

ASUNTO
Cese de utilización del lote HIV20240320 del kit AD4SEQ HIV-1 Solution v2 debido a la posibilidad de que el componente Index Strip S7-S10 presente la lámina de aluminio de la plate desprendida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.