MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-234	PS/PRV/104950

PRODUCTO

- Sistema Clisis (Marca Mecall).
- EIDOS RF439 (Marca Mecall).
- Discovery RF180 (Marca General Electric).

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de rayos X con mesa de control remoto.

Nº SERIE

Ver números de serie afectados en el listado adjunto.

FABRICANTE

General Medical Merate SPA. Italia.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, S.A. C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con los sistemas de fluoroscopía Clisis, EIDOS RF439 y Discovery RF180, debido a que podría reducirse la fiabilidad del tornillo de transmisión de la mesa flotante con el paso del tiempo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de números de serie afectados

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: XS7BC7YD54**
Fecha de la firma: 08/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89