MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-236	PS/RJC/105775

PRODUCTO

Cuchillas MultiCut utilizadas en los dispositivos MultiCut Solo y MultiPulse HoPLUS:

- MultiCut Blade 350, número de artículo 839-3200-000.
- MultiCut Blade 400, número de artículo 839-3300-000.

FINALIDAD PREVISTA

Destinadas a la morcelación mecánica transuretral y a la extirpación del adenoma tras la enucleación de la próstata.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Asclepion Laser Technologies GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Izasa medical, Plaza de Europa, 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de cuchillas MultiCut 350 y 400 debido a un posible problema de sellado que disminuye la potencia de aspiración.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.