ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-237	PS/JMP/105776

PRODUCTO

- MyoSPECT (fabricado el 13-02-2024 o con anterioridad)
- MyoSPECT ES (fabricado el 15-02-2024 o con anterioridad)

FINALIDAD PREVISTA

Sistemas de adquisición de imágenes cardiacas en procedimientos de medicina nuclear.

FABRICANTE

GE Medical Systems, Israel.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España. S.A.U., C/ Gobelas 35, 28023, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas MyoSPECT y MyoSPECT ES, debido a la posibilidad de que fallen las asas de servicio para la cubierta de plomo interna.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.