DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-239	PS/EML/105755

PRODUCTOS
Cuchilletes oftálmicos ClearCut® SidePort de doble bisel y lancetas A-OK® Corneal/Scleral V-Lance (tanto en envase individual como los incluidos en los Custom-Paks de Alcon)

FINALIDAD PREVISTA
Incisiones quirúrgicas durante los procedimientos de cirugía oftálmica.

Nº LOTE
Ver en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Alcon Laboratories, Inc, EE UU.

DISTRIBUIDOR
Alcon Healthcare, S.A; World Trade Center Almeda Park, Plaça de la Pau s/n, Edificio 6, planta 3. 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados cuchilletes oftálmicos ClearCut SidePort de doble bisel y lancetas corneal/escleral A-OK V-Lance, debido a posibles problemas con su afilado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 10/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5K6BB4YA12

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89