DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-241	PS/MAM/105548

PRODUCTO
Cable de alimentación para los equipos Welch Allyn ProBP 3400 y Spot Vision Screener.
Ver productos afectados en anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Welch Allyn, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Hill-Rom Iberia S.L. Plaza Europa 9 - 11, Torre Inbisa, Planta 17. 08908, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados cables de alimentación de los equipos ProBP 3400 y Spot Vision Screener, debido a que no cumpliría con la clasificación de aislamiento requerida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: BT5A7KK6EC

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89