

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-243	PS/MJF/105700
PRODUCTO Instrumento LumiraDx V5E. Número de Catálogo: L001000305001.	
FINALIDAD PREVISTA Instrumento para la realización de pruebas diagnósticas en el lugar de asistencia al paciente.	
Nº SERIE 30874-20-37-04211	
FABRICANTE LumiraDx UK Ltd, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR LumiraDx Healthcare, S.L., C/ Martín Iriarte, 24. 28290 Las Rozas de Madrid, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del Instrumento LumiraDx V5E, catálogo L001000305001 y número de serie 30874-20-37-04211, debido a la posibilidad de que haya sido calibrado incorrectamente o contenga errores de fabricación pudiendo proporcionar resultados incorrectos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

