DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-251	PS/RJC/105589

PRODUCTO
Sistemas de Resonancia Magnética de Philips.
Ver modelos y n^{os} de referencia en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas electromédicos destinados a la obtención de imágenes transversales, espectroscópicas o espectrales de la estructura interna de la cabeza, el cuerpo o las extremidades, en cualquier orientación.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de sistemas de Resonancia Magnética debido a la posibilidad de un fallo en la conexión a la g-MDU que puede provocar que se active la alarma de humo o incendio en la sala de exploración, se genere humo o fuego en el pasillo o en la sala técnica y/o se produzca un corte de alimentación del sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: AVZ8J3PA25**
Fecha de la firma: 20/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89