DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-253	PS/CMAG/106123
PRODUCTO Electrodo de retorno MEGADYNE MEGA SOFT pediátrico Referencia 0840. UDI-DI 10614559103395	
FINALIDAD PREVISTA Transportar la energía electroquirúrgica monopolar del tejido diana de un paciente a una o dos unidades electroquirúrgicas o generadores.	
FABRICANTE Megadyne Medical Products, Inc. Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson, S.A. Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de la referencia 0804 del electrodo de retorno para paciente pediátrico MEGADYNE MEGA SOFT debido a posibles lesiones por quemaduras	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Z3XKTKY8B7**
Fecha de la firma: 20/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89