DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-259	PS/RJC/105251

PRODUCTO

- Patient Information Center iX. Número de producto 866389.
- Patient Information Center iX Expand. Número de producto 866390.

FINALIDAD PREVISTA

Sistema de monitorización central que recibe, agrega, procesa, muestra y distribuye las ondas fisiológicas, los parámetros, las alarmas y los sucesos de múltiples pacientes.

VERSION SOFTWARE

Versión 4.x

FABRICANTE

Philips Medical Systems, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Patient Information Center iX debido a la posibilidad de que no se copie la configuración personalizada del catálogo de sucesos de una unidad a otra.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 22/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6FN3JCY6F7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89