DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-270	PS/MJF/106203

PRODUCTO
Sistema de fluoroscopia Allura Xper FD10/FD20 con mesa del paciente AD7NT (sin inclinación).
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
8.1.100

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U; Calle María de Portugal, 1. 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de fluoroscopia Allura Xper versión de software 8.1.100, con mesa del paciente AD7NT (sin inclinación), debido a posibles giros inesperados de la mesa del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EN3GQC87E5**
Fecha de la firma: 27/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89