ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-267	PS/MAM/104302

PRODUCTO

Doble tubo capilar:

- Twin Tube sample line 240 cm. Número de modelo: V-707327
- Twin Tube Probenschlauch für Oxycon Pro, 180 cm. Número de modelo: 707004

FINALIDAD PREVISTA

Doble tubo capilar de muestra de gas para equipo Vyntus CPX utilizado en la realización de pruebas funcionales respiratorias.

Nº SERIE

Anteriores al 04I00122

FABRICANTE

Vyaire Medical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Hospital Hispania S.L. Avda. de lo Cortao 6 local 3. San Sebastián de los Reyes, 28703. Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionada con determinadas unidades del doble tubo capilar Twin Tube, con referencia V-707327 y 707004, debido a que la boquilla (o tubo LDPE transparente) podría separarse durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.