MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-273	PS/NA/104999

PRODUCTO
Tempus LS. Referencia: 3.940590.
UDI-DI: 07613365001693.

FINALIDAD PREVISTA
Desfibrilador diseñado para su uso en entornos clínicos y prehospitalario utilizado para tratar la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular (TV) mediante desfibrilación manual y automática y, en modo cardioversión, para tratar la fibrilación auricular .

Nº SERIE AFECTADOS
Anteriores a 7021.002867.

FABRICANTE
SCHILLER AG., Suiza.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU., Avda. María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinados desfibriladores Tempus LS, debido a que mediciones de ECG simultáneas con varios dispositivos en un mismo paciente podrían distorsionar la señal de ECG.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: T7CEELVNZX3PX4M83A4B**
Fecha de la firma: 28/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89