# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2024-272 | PS/EML/106165 |

**PRODUCTO**
Catéter intratecal Ascenda. Modelos: 8780, 8781 y 8784

**FINALIDAD PREVISTA**
Forma parte del sistema de infusión SynchroMed, que almacena y administra fármacos parenterales en el espacio intratecal.

**FABRICANTE**
Medtronic Inc., EEUU

**DISTRIBUIDOR**
Medtronic Ibérica, calle de María de Portugal, 11, 28050 Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con los catéteres intratecales Ascenda, debido a una actualización en su diseño para reducir el posible crecimiento de tejido dentro del conector del catéter.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.