DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-275	PS/CMAG/106662

PRODUCTO
VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 29, referencia 680 2344.
UDI 10758750002672.

FINALIDAD PREVISTA
Calibrar los sistemas de química VITROS 5,1 FS/4600 y los sistemas integrados VITROS 5600/XT 7600 para la medición cuantitativa de la capacidad total de fijación del hierro (TIBC) utilizando el reactivo dTIBC de VITROS Chemistry Products.

Nº LOTE
2953

FABRICANTE
Ortho-Clinical Diagnostics, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Ortho-Clinical Diagnostics Spain S.L.U., Oficina B Planta 3ª Edificio B, P.E. Alvento, C/ Vía de Los Poblados 1, 28033, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización a partir del 24 de julio de 2024 de la referencia 680 2344 del VITROS Chemistry Products Calibrator Kit 29, debido a que en el etiquetado se indica incorrectamente que la fecha de caducidad es 24-jul-2025 siendo la fecha de caducidad correcta el 24-jul-2024.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Y2T12VPZS4BVHY1RVF54**
Fecha de la firma: 29/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89