MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-278	PS/PRV/106199 y PS/PRV/106201

PRODUCTOS

- Centricity High Acuity Critical Care (CHA CC) Versión 5.0 y superiores
- Centricity High Acuity Anesthesia (CHA A) Versión 4.2 y superiores.

FINALIDAD PREVISTA

Recuperar, introducir, registrar, almacenar, transferir, ver y crear una tendencia con los datos de los pacientes, de forma eficiente y estructurada, así como planificar el tratamiento.

VERSION SOFTWARE

Versión 5.0 y superiores (CHA CC)
Versión 4.2 y superiores (CHA A)

FABRICANTE

GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas, 35-37 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas y versiones de Centricity CHA, debido a la posibilidad de malinterpretar los valores de dosificación de una mezcla de medicamentos, cuando se utilizan con la función de módulo de prescripción activado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 1D6NPFHGEJVB23VGCA27**
Fecha de la firma: 30/05/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89