ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-280	PS/EML/106170

PRODUCTO
MobileDiagnost wDR, modelo R2 y referencias: 9890-010-89522, 712002, 712004, 712005, 712006 y 712007

FINALIDAD PREVISTA
Equipo de diagnóstico de rayos X apto para todos los exámenes radiológicos sistemáticos, incluidos los de áreas especializadas como cuidados intensivos, traumatología, quirófano o pediatría.

Nº SERIE
Ver nºs de serie afectados en el Apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica SAU, María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinados sistemas MobileDiagnost wDR, debido a la posibilidad de fallo del sistema de anticaída del brazo telescópico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.