DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-286	PS/PL/106261

PRODUCTO
Implantes EIT Cellular Titanium® TLIF y PLIF.
Ver productos y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Caja de fusión intercorporal lumbar.

FABRICANTE
EIT Emerging Implant Technologies Gmbh, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A., Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 28042 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados implantes Cellular TitaniumTLIF y PLIF, debido a que la etiqueta en la caja exterior podría no coincidir con el producto real del envase.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 811D5ZLTLSPC5WRA5241**
Fecha de la firma: 03/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89