MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-292	PS/AVG/106616
PRODUCTO Ventilador HAMILTON-C6. Referencia: 160021.	
VERSION SOFTWARE SW 1.1.4, SW 1.1.5, SW 1.1.6.	
FABRICANTE Hamilton Medical AG, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Direx, S.L. C. Valportillo Segunda, 14, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados ventiladores Hamilton C-6 debido a una anomalía del software de la herramienta de aspiración durante la aspiración abierta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 04/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P6ES5CZXEA6JGXQYAE4F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89