ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-293	PS/EML/106889

PRODUCTO
Analizador de inmunoensayo DxI 9000 Access. Referencia: C11137, UDI-DI: 15099590732103.

Nº SERIE
300273, 300275, 300276, 300277, 300281, 300282, 300284, 300286, 300297

FABRICANTE
Beckman Coulter, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Pza Europa 41-43, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del analizador de inmunoensayo DxI 9000 Access, debido a la posibilidad de que se produzca un fallo en la conexión del tubo neumático que puede provocar la cancelación de las pruebas en curso o la obtención de resultados incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.