MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-290	PS/PRV/106640

PRODUCTO

Sistemas Axiom y Multix:

- AXIOM MULTIX MT, Números de material: 8395399, 8395381, 8395415
- AXIOM MULTIX MP, Número de material: 8395431
- AXIOM Vertix MD, Número de material: 8908290
- AXIOM Vertix Solitaire, Número de material: 8627718
- MULTIX Swing, Número de material: 10093895
- MULTIX TOP, Números de material: 475509, 475517, 475525

FINALIDAD PREVISTA

Equipos de radiología vascular intervencionista. Diagnosis y terapia de problemas vasculares de cráneo, cuerpo y miembros inferiores.

FABRICANTE

Siemens Healthcare GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas AXIOM y MULTIX, debido a la posibilidad de que se produzca un sobrecalentamiento de la fuente de alimentación de la pantalla táctil.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: D1SN3P15PESXW9PZH725**
Fecha de la firma: 04/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89