

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2024-294	REFERENCIA PS/PL/106695
PRODUCTO Mycogenie <i>Pneumocystis jirovecii</i> Real-Time PCR Kit, código 60307.	
FINALIDAD PREVISTA Test de diagnóstico in vitro que se basa en un PCR duplex para la detección rápida y cuantitativa de <i>Pneumocystis jirovecii</i> a partir de muestras respiratorias.	
Nº LOTE 24A028.	
FABRICANTE Ademtech, Francia.	
DISTRIBUIDOR Werfen, Plaza de Europa 21-23 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 24A028 de MycoGENIE <i>Pneumocystis jirovecii</i> Real-Time PCR Kit debido a la posible interrupción de la validación de los runs de PCR y/o cuantificación de la carga fúngica.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

