DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-298	PS/RJC/106013

PRODUCTO

- Carro HA FlexTrak. Referencias: 989710006411 y 989710006412.
- Carro HA FlexTrak II. Referencia: 989710008732.

FINALIDAD PREVISTA

Permite trasladar al paciente desde la zona de preparación al sistema de resonancia magnética, de modo que se puede preparar al paciente para una exploración mientras se realiza la exploración del paciente anterior.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados carros HA FlexTrak, debido a la posibilidad de que se produzcan fugas de aceite al pisar el pedal hidráulico, y ocasionen un riesgo de resbalones o caídas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 4VCJ6LNJ4Z9LSVEVAE70**
Fecha de la firma: 10/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89