ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-310	PS/EML/106851

PRODUCTO
ABL800 Basic, UDI-DI: 57006900036MW.
ABL8XX FLEX, UDI-DI: 57006900037MY.

FINALIDAD PREVISTA
Medición en sangre de pH, gases sanguíneos, electrolitos, glucosa, lactato, bilirrubina y creatinina.

FABRICANTE
Radiometer Medical ApS, Dinamarca

DISTRIBUIDOR
Radiometer Ibérica S.L, Avda. de Valgrande 8 -2ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid).

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores ABL800 Basic y ABL8XX FLEX, debido a la posibilidad de que informen de resultados de pH sesgados en muestras de sangre.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9NEAHCRYEXJR57ETZ5F5**
Fecha de la firma: 13/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89