DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-312	PS/PL/107286

PRODUCTO
Viales de hematíes reactivos Panoscreen® I y II, referencia IMM0002380.
UDI-DI: 10888234000297.

FINALIDAD PREVISTA
Detección de anticuerpos eritrocitarios irregulares.

Nº LOTE
18915.

FABRICANTE
Immucor Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Werfen, Plaza de Europa 21-23, 08908 L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y cese de utilización del lote 18915 de los viales de Panoscreen® I y II, si muestran un color oscuro ya que podrían obtenerse resultados erróneos por una posible contaminación fúngica y evaluación de su posible repercusión en los resultados de las pruebas anteriores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: RPV4846WPDD839ZWG008**
Fecha de la firma: 13/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89