MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-315	PS/AVG/106769
PRODUCTO Transductor de ultrasonidos Avalon con cable (Número de referencia: 867246).	
VERSION SOFTWARE L.01.04.	
FABRICANTE Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los transductores de ultrasonidos con cable Avalon con software L.01.04, debido a que se podrían dar mediciones inexactas de la frecuencia cardiaca fetal durante la monitorización de partos múltiples.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2P5XQ41BXX4Q2TLDG59D**
Fecha de la firma: 14/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89