DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-323	PS/CMAG/106771
PRODUCTO Injertos Vasculares Advanta VXT y Flixene con GDS deslizante. Ver referencias en la nota de aviso de la empresa.	
Nº LOTE Antes del 27 de febrero de 2027.	
FABRICANTE Atrium Medical Corporation, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5 Edificio Alpha 6ªpl. 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias de los injertos vasculares Advanta VXT y Flixene con GDS deslizante, debido a la posible separación de los componentes del GDS.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2WW7RAN92QCNDZYQND97**
Fecha de la firma: 17/06/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89